

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

IDAutomation.com, Inc. DEMO



Az. Osp. SAN FILIPPO NERI

02/10/2013 - Prot. N. 0009535 (197172) -

U

A tutte le ditte potenziali offerenti

OGGETTO: Chiarimenti Procedura Aperta medicina trasfusionale

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento allegata si precisa quanto segue :

chiarimento 1:

il sistema non deve essere registrato come dispositivo medico

chiarimento 2:

lo scambio dati deve avvenire anche in assenza o malfunzionamento della rete aziendale


chiarimento 3:

Preferibilmente sì, per consentire in un secondo momento all'ACO San Filippo Neri di implementarlo anche per altre funzionalità

chiarimento 4:

NON E' INDISPENSABILE che il sistema di riconoscimento del paziente avvenga anche tramite sensore biometrico

Il Dirigente dell'U.O.C. Provveditorato
(Dott. Angelo Furfaro)



Diagnostic Project S.r.l.

Azienda Complesso Ospedaliero

San Filippo Neri

Medicina Trasfusionale A.C.O.

Roma 30 Luglio

Prot. 520 del 30/07/2013

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alla "Procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di reattivi con noleggio di strumenti occorrenti al dipartimento di medicina trasfusionale, per un periodo di due anni rinnovabile per ulteriori due anni, **lotto 34**: sistema di sicurezza e tracciabilità emocomponenti (letto dei pazienti).

Il sottoscritto Pasquali Fernando, in qualità di amministratore unico della società Diagnostic Project S.r.l. chiede alla rispettabile Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri i seguenti chiarimenti relativi al lotto 34:

1 Chiarimento: il sistema, deve essere registrato come dispositivo medico?

2 Chiarimento: lo scambio dati in tempo reale deve avvenire anche in assenza o non funzionamento della rete aziendale?

3 Chiarimento: il sistema deve poter eseguire ulteriori software di gestione per la somministrazione (esempio farmaci oncologici)?

4 Chiarimento: Il sistema di riconoscimento del paziente deve poter avvenire anche mediante sensore biometrico (lettore di impronta digitale)?

In Fede

DIAGNOSTIC PROJECT S.r.l.

Diagnostic Project S.r.l.
Sede legale e Sede Amministrativa: Via Albalonga 21 | 00182 Roma |
Tel. 06.70399303 - 06.70393042 | Fax 06.7027124 | P.IVA 09561321002 | R.E.A. 1173298 |
diagnosticproject@libero.it