



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

IDAutomation.com, Inc. DEMO



Az. Osp. SAN FILIPPO NERI
03/10/2013 - Prot. N. 0009587 (197226) -
U

A tutte le ditte potenziali offerenti

OGGETTO: Chiarimenti Procedura Aperta medicina trasfusionale

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento allegata si precisa quanto segue :

1) TRATTASI DI REFUSO, NON E'
NECESSARIO FORNIRE CONTROLLO DI QUALITA' DI 2-3 LIVELLI

Il Dirigente dell'u.o.c. Provveditorato
(Dott. Angelo Furfaro)

**FABBISOGNO DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'A.C.O. SAN FILIPPO NERI DELL'AZIENDA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI PER LA DURATA DI ANNI DUE RINNOVABILI PER
ULTERIORI DUE ANNI.**

Riferimento: Pubblicazione G.U.CEE N. 5 133/2013 DEL 11/07/2013.

In riferimento al pubblico incanto citato in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti e precisamente:

- 1) Nel capitolato speciale art. 2 viene indicato che *la fornitura deve comprendere, oltre ai diagnostici, i campioni di controllo per il controllo di qualità interno, su due o tre livelli, come riportato nelle specifiche tecniche dello specifico lotto*: si chiede di confermare che tale richiesta debba essere applicata anche ai lotti di immunoematologia ed in caso affermativo si chiede di precisare le specifiche di periodicità necessarie;
- 2) Nel capitolato speciale art. 4 viene indicato che *per poter ritenere valida l'offerta la Ditta deve aver offerto almeno l'80% della somma delle determinazioni costituenti il lotto, come riportato nelle specifiche tecniche organizzative*: si chiede conferma che tale richiesta non sia un refuso e quindi sia possibile offrire almeno l'80% delle determinazioni richieste;
- 3) Nel lotto 6 tra le caratteristiche indispensabili viene richiesta *"capacità di caricamento di minimo 48 campioni in provette madri di qualunque formato"*: chiediamo di esplicitare il carico di urgenze medio giornaliero/orario e al contempo di esplicitare il tempo di rilascio massimo ritenuto utile dal Servizio Trasfusionale per l'urgenza;
- 4) Per i singoli lotti viene indicato un *"totale presunto del lotto"*: al fine di formulare la migliore proposta per la Vostra Spettabile Amministrazione siamo a richiedere la conferma di tali importi presunti
- 5) Nel capitolato speciale art. 4 viene indicato che saranno attribuiti un massimo di 60 punti qualità: non essendo presente in capitolato la griglia dei punteggi con il peso specifico qualitativo di ogni singola voce si richiede di specificare dettagliatamente i punteggi assegnati ad ogni singolo parametro;
- 6) Nel capitolato speciale art. 4, documentazione da includere nell'offerta tecnica, viene richiesto di compilare la scheda T1, T2, T3 e T4: chiediamo conferma che tali schede siano quelle incluse nell'allegato B.

N