



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO  
**SAN FILIPPO NERI**  
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

IDAutomation.com, Inc DEMO



Az Osp SAN FILIPPO NERI

06/08/2013 - Prot. N. 0008128 (195099) -

U

A tutte le ditte potenziali offerenti

**OGGETTO: Chiarimenti Procedura Aperta medicina trasfusionale**

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento allegata si precisa quanto segue .

Il gruppo completo include test diretto ed indiretto.

Il Dirigente dell'u.o.c. Provveditorato  
**(Dott. Angelo Furfaro)**



Fresenius Kabi Italia S r l  
Società a responsabilità limitata con Unico Socio  
Soggetta a direzione e coordinamento  
di Fresenius Kabi Italia S p A

**SPETTABILE**  
**Az. Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri**  
**P.zza Santa Maria della Pietà, 5**  
**00135 Roma**

**c.a. D.ssa Cinzia Fiori**

— Isola della Scala, 25/07/2013

**Ns.Rif. CF/bg/743/2013**

Oggetto: Procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di reattivi e sistemi diagnostici occorrenti alle esigenze della Medicina Trasfusionale dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma, per la durata di due anni rinnovabili e/o prorogabili fino a due anni

#### **RICHIESTA CHIARIMENTI**

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla gara in oggetto :

**1) Capitolato Speciale d'Oneri – art. 2 – pag. 2**

*Il testo recita " la fornitura deve comprendere oltre ai diagnostici.. il gruppo statico di continuità per ciascun analizzatore offerto"*

Tale richiesta deve essere rispettata anche se in riferimento al Lotto 14 ed al Lotto 42 tutte le strumentazioni proposte sono corredate da batterie che garantiscono il proseguimento delle procedure ed il backup dei dati anche in caso di micro-interruzioni dell'energia elettrica e/o black-out?

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti

  
**Fresenius Kabi Italia S.r.l.**  
**Un Procuratore**  
**Ing. Claudio Ferioli**