



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO  
**SAN FILIPPO NERI**  
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

IDAutomation.com, Inc. DEMO



Az. Osp. SAN FILIPPO NERI  
**07/10/2013 - Prot. N. 0009691** (197371) -  
U

A tutte le ditte potenziali offerenti

**OGGETTO: Chiarimenti Procedura Aperta medicina trasfusionale**

Facendo seguito alla richiesta alla sotto indicata richiesta si precisa quanto segue :

- nell'articolo 2 del Capitolato Speciale pagina 2 viene indicato che la fornitura deve comprendere "campioni di controllo per il controllo interno di qualità, due o tre livelli, come riportato nelle specifiche tecniche dello specifico lotto." Il lotto di ns interesse è il nr. 37 e non viene menzionata alcun tipo di informazione in merito ai controlli.

I Livelli devono essere due di cui uno normale ed uno patologico.  
La cadenza dei controlli per singolo livello è giornaliera

Il Dirigente dell'u.o.c. Provveditorato  
**(Dott. Angelo Furfaro)**



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO  
**SAN FILIPPO NERI**  
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

IDAAutomation.com, Inc. DEMO



Az. Osp. SAN FILIPPO NERI  
**07/10/2013 - Prot. N. 0009690** (197370) -  
U

A tutte le ditte potenziali offerenti

**OGGETTO: Chiarimenti Procedura Aperta medicina trasfusionale**

Facendo seguito alla richiesta alla sotto indicata richiesta si precisa quanto segue :

In merito al lotto 39 relativo al sistema per monitoraggio della temperatura durante il trasporto di emocomponenti siamo a chiderVi di comunicarci il numero di frigoriferi presenti per i quali viene richiesto il suddetto sistema.

Il sistema deve garantire la registrazione contemporanea della temperatura di almeno 6 frigoriferi

Il Dirigente dell'U.O.C. Provveditorato  
(Dott. Angelo Furfaro)