



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO  
**SAN FILIPPO NERI**  
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

IDAutomation.com, Inc. DEMO



Az. Osp. SAN FILIPPO NERI

**18/09/2013 - Prot. N. 0009164** (196624) -

U

A tutte le ditte potenziali offerenti

### **OGGETTO: Chiarimenti Procedura Aperta medicina trasfusionale**

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento allegata si precisa quanto segue :

Punto 3

Si può superare l'importi forniti dall'amministrazione poiché trattasi di importi presunti.

Punto 4

Per il lotto 7 il filtro deve essere utilizzabile per un singolo concentrato eritrocitario

Punto 5

Per il lotto 34 non è indispensabile che il palmare sia interfacciati via web con il sistema, è sufficiente un'alternativa di interfacciamento in tempo reale

Il Dirigente dell'u.o.c. Provveditorato  
**(Dott. Angelo Furfaro)**

**OGGETTO: Richiesta Chiarimenti.**

Procedura Aperta finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di reattivi e sistemi diagnostici occorrenti alle esigenze della Medicina Trasfusionale dell'Azienda Complesso Ospedaliero "San Filippo Neri" di Roma per un periodo di due anni, rinnovabile e/o prorogabile fino a due anni.

**Lotto n. 1 – Sistema per aferesi multicomponente con separatore cellulare - CIG: 50861664F5**

**Lotto n. 7 – Filtri per la rimozione dei leucociti da 1 unità di sangue intero o di emazie concentrate per uso in laboratorio - CIG: 5086297111**

**Lotto n. 11 – Sistema per recupero sangue Intraoperatorio – CIG: 5130106963**

**Lotto n. 12 – Linee e serbatoi per il recupero perloperatorio - CIG: 5130111D82**

**Lotto n. 20 – Sistema per congelamento e scongelamento emazie concentrate – CIG 513018281B**

**Lotto n. 25 – Sistema automatico di recupero perloperatorio per la chirurgia maggiore – CIG 51313625E0**

**Lotto n. 34 – Sistema di sicurezza e tracciabilità emocomponenti (letto dei pazienti) – CIG 5131869843**

---

Con riferimento alla Procedura Aperta in oggetto indicata, siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti:

- Si chiede di voler precisare con riferimento ai Lotti nr. 1, 11 e 25 il nr. di apparecchiature richieste;

- Si chiede di voler precisare con riferimento ai Lotti nr. 1, 11, 12, 20, 25 e 34 se sia possibile offrire delle alternative vale a dire poter offrire nr. 2 codici di kit, allo stesso prezzo, per la stessa procedura; in caso di risposta negativa in merito alla possibilità di offrire delle alternative, si chiede di voler precisare se sia possibile quotare alcuni codici extra gara;

- Si chiede di voler precisare se sia possibile nell'offerta economica superare il totale presunto annuale del lotto iva esclusa;

- Si chiede di voler precisare con riferimento al lotto nr. 7 – Voce "Filtri bedside per GRC", se il filtro da utilizzare sia per nr. 1 concentrato di globuli rossi bedside o per nr. 2 concentrati;

- Si chiede di voler precisare con riferimento al Lotto nr. 34 se l'interfaccia Web sia indispensabile anche su dispositivo palmare (PDA).