



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

IDAAutomation.com, Inc. DEMO



Az Osp SAN FILIPPO NERI

28/10/2013 - Prot. N. 0010422 (198356) -

U

A tutte le ditte potenziali offerenti

OGGETTO: Chiarimenti Procedura Aperta medicina trasfusionale

Facendo seguito alla richiesta alla sotto indicata richiesta si precisa quanto segue :

nel Lotto n 6 tra le caratteristiche **INDISPENSABILI** è richiesto:
metodologia alternativa per l'esecuzione manuale in emergenza.
Cosa si intende? Una postazione manuale completa di centrifuga,
incubatore, pipettatore, dispensatore e stazione di lavoro?

Lotto 6: sì, una qualsiasi metodica alternativa che possa funzionare in assenza di sistema informatico e interruzione della strumentazione.

nel Lotto 18 tra le caratteristiche **INDISPENSABILI** è richiesto: strumento con produttività non inferiore alle 700 colonne/ora (280 cards/ora).La richiesta di 280 cards/ora è corretta oppure trattasi di refuso?

Lotto 18. trattasi di refuso La caratteristica " . strumento con produttività non inferiore alle 700 colonne/ora (280 cards/ora).. " è da considerare caratteristica aggiuntiva e non indispensabile.

Il Dirigente dell'u o c Provveditorato
(**Dot. Angelo Furfaro**)

Cinzia Fiori

Da postalucamele@gmail.com per conto di LUCA MELE [lucamele@sanfilippone.roma.it]
Inviato martedì 22 ottobre 2013 10:11
A Cinzia Fiori
Oggetto Quesiti Diamed lotto 6 e 18

Lotto 6 sì, una qualsiasi metodica alternativa che possa funzionare in assenza di sistema informatico e interruzione della strumentazione

Lotto 18 trattasi di refuso La caratteristica " .strumento con produttività non inferiore alle 700 colonne/ora (280 cards/ora) " è da considerare caratteristica aggiuntiva e non indispensabile

Grazie

Luca Mele

Il 14/10/13, Cinzia Fiori <c.fiori@sanfilippone.roma.it> ha scritto
>
> Da Miriam Sala [mailto:m.sala@diamed.it]
> Inviato venerdì 11 ottobre 2013 15:30
> A Cinzia Fiori
> Oggetto: San Filippo richiesta chiarimento gara sistemi diagnostici
>
> Oggetto: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della
> fornitura di reattivi e sistemi diagnostici occorrenti alle esigenze
> della Medicina Trasfusionale dell'Azienda Complesso Ospedaliero "San
> Filippo Neri" di Roma per un periodo rinnovabile per ulteriori due
> anni
>
> Buongiorno,
>
> in merito alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti
>
> - nel Lotto n. 6 tra le caratteristiche INDISPENSABILI e richiesto
> metodologia alternativa per l'esecuzione manuale in emergenza
>
> Cosa si intende? Una postazione manuale completa di centrifuga,
> incubatore, pipettatore, dispensatore e stazione di lavoro?
>
> - nel Lotto 18 tra le caratteristiche INDISPENSABILI e richiesto
> strumento con produttività non inferiore alle 700 colonne/ora (280
> cards/ora)
>
> La richiesta di 280 cards/ora è corretta oppure trattasi di refuso?
>
> Miriam Sala
>
> Ufficio Gare
>
>
> DiaMed Italiana s.r.l.
>
> Via Alfieri 24
>
> 20854 Veduggio al Lambro MB
>
> Tel 039 2324505
>
> Fax 039 2499105
>
> Corporate-oro-su-bianco-AD

