



UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Quesito n. 1:

- Lotto n.2 Perimetro: "Strumento corredato di n. 2 paia di occhiali anaglifici (rosso/verdi) a conchiglia per campo visivo binoculare". A nostra conoscenza, per utilizzare gli occhiali anaglifici per la dissociazione dei due occhi, occorre presentare contemporaneamente stimoli di colore verde e rosso. Il perimetro, di qualunque produttore, non presenta un doppio stimolo. Gli occhiali anaglifici sono utilizzati per esami all'ottotipo. Per questo motivo chiediamo se la richiesta sia puramente un refuso;
- Lotto n.3 Biometro: "Strumento completo di stampante termica". A nostra conoscenza la stampante termica utilizza una tecnologia ormai in disuso, è possibile offrire una stampante laser di ultima generazione con qualità superiore rispetto alla stampante termica e soprattutto con un più facile reperimento dei materiali di consumo?

Risposta quesito n. 1:

- Lotto n.2 Perimetro: Si conferma quanto indicato nella scheda tecnica, cioè è richiesto una strumento che consenta di avere un campo visivo con stimolo unico che può essere visto di colore o verde o rosso attraverso l'utilizzo degli occhiali anaglifici.
- Lotto n.3 Biometro: Si conferma la possibilità di offrire una stampante laser di ultima generazione in alternativa alla stampante termica richiesta da capitolato.

Il RUP

Dot. A. Furfaro