



UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Quesito n. 2: In riferimento al Lotto 1: "Sistema radiologico digitale" si chiede quanto segue:

- Il sistema di rilevazione è richiesto con "tecnologia allo stato solido, a conversione diretta", si chiede di specificare se tale requisito intenda richiedere un sistema digitale diretto e non un sistema CR.

Risposta quesito n. 2: Il sistema di rilevazione richiesto si riferisce ad un apparecchiature radiologica digitale diretta.

Quesito n. 3: In merito alle caratteristiche tecniche relative al Lotto II: "Unità radiologica mobile ad arco a C" si chiede quanto segue:

- Si legge tra le specifiche "Stativo ad arco a C con geometria isocentrica tridimensionale": essendo tale caratteristica per lo più propria di sistemi fissi, avendo i sistemi portatili per la loro natura costruttiva dei limiti in tal senso, si chiede se tale specifica è da considerarsi come caratteristica non necessaria;
- Essendo il sistema destinato alla UOC Ortopedia e Traumatologia, e tenendo conto del fatto che per ottenere un'ottimale qualità dell'immagine nelle procedure inerenti a tali specializzazioni non è necessaria una potenza elevata, ma nell'ottica del contenimento della dose ai pazienti ed agli operatori è auspicabile avere un generatore con potenza la più contenuta possibile, si richiede se la dicitura "potenza non inferiore a 5 kW" è da intendersi come refuso.

Risposta quesito n. 3: La caratteristica tecnica "Stativo ad arco a C con geometria isocentrica tridimensionale" non è da considerarsi requisito minimo per la partecipazione alla procedura di gara. Si precisa, inoltre, che anche se l'apparecchiatura è destinata alla UOC Ortopedia, in caso di necessità dovrà essere utilizzata anche da altre specialità mediche che necessitano di potenze superiori. Si conferma pertanto la dicitura "potenza non inferiore a 5 kW".

Il RUP
Dot. A. Furfaro