

## UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**Quesito n. 4:** Si chiede di poter ricevere il file .dwg dei locali dove sarà installato il sistema radiologico digitale diretto.

**Risposta quesito n. 4:** Si trasmette in allegato il file .dwg del Piano 0 del Pad.C dove verrà installato il nuovo apparecchio radiologico digitale diretto.

**Quesito n. 5:** Lista Caratteristiche Tecniche: Allegato A. nella sezione "Sistema di acquisizione digitale e visualizzazione delle immagini" viene riportata la caratteristica "Ampia dotazione di moduli sw per l'elaborazione digitali delle immagini e per la refertazione degli esami". Vi preghiamo di voler confermare che la dicitura "refertazione esami" è un mero errore di battitura, poichè è chiesto di fornire un sistema di visualizzazione ed elaborazione delle immagini con monitor LCD a colori di dimensioni non inferiori a 19" e quindi non idoneo per la refertazione.

**Risposta quesito n. 5:** E' richiesta ampia dotazione di moduli sw per l'elaborazione digitale delle immagini. La refertazione degli esami diagnostici verrà effettuato tramite il sistema RIS/PACS già in dotazione.

Il RUP  
Dot. A. Furfaro

