



Avviso pubblico per una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, della fornitura di n. 6 apparecchi per anestesia occorrenti alle esigenze del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri della ASL RM1.

Al fine di individuare gli operatori economici idonei da invitare alla procedura in oggetto, viene pubblicato il presente avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per l'affidamento, ai sensi dell'art. dell'art. 63 comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di n. 6 apparecchi per anestesia occorrenti alle esigenze del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri della ASL RM1.

1. Descrizione del servizio richiesto

Fornitura di n. 6 apparecchi per anestesia occorrenti alle esigenze del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri della ASL RM1.

2. Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura

- Ventilatore di ultima generazione completamente elettronico controllato da microprocessori;
- Possibilità di ventilazione in circuito semiaperto, chiuso, semichiuso ed a bassi flussi;
- Test automatico iniziale, con possibilità di interruzione e/o non esecuzione dello stesso in caso di emergenza ;
- Idoneo per il trattamento ventilatorio di tutte le tipologie paziente: obesi, adulti, pediatrici neonatali e prematuri anche a bassi flussi.
- Ampio display a colori per la gestione dei parametri ventilatori e monitoraggio respiratorio, con visualizzazione contemporanea di almeno tre curve e 2 loop ventilatori
- Miscelatore 3 gas elettronico Aria/O2/N2O controllato da microprocessore con sistema di sicurezza di cut-off del protossido in caso di assenza di ossigeno;
- Circuito paziente compatto, sterilizzabile e capace di garantire la ventilazione ininterrotta anche in caso di perdite a bassi flussi;
- Modalità ventilatorie: VCV, PCV, manuale/spontanea, SIMV-VCV, SIMV-PCV, PCV-VG, PSV, PEEP elettronica, che consenta di ventilare tutti i pazienti senza sostituzione di componenti dedicati o sensori;
- Volume corrente regolabile da circa 20 ml a 1500 ml;
- Trigger a flusso ad alta sensibilità;

- Pausa inspiratoria regolabile;
- PEEP regolabile elettronicamente da 0 ad almeno 20 cm H₂O;
- Calcolo della compliance del sistema e relativa compensazione;
- Allarmi di pressione, volume espirato, ossigeno ed apnea;
- Dotato di opportuni sistemi di sicurezza per la prevenzione dell'ipossia intraoperatoria;
- Monitoraggio gas respiratori con visualizzazione di:
concentrazione gas anestetici, concentrazione N₂O, concentrazione O₂, concentrazione CO₂, e
identificazione automatica del gas alogenato in uso;
- Possibilità di sostituzione della calce sodata senza interruzione della ventilazione;
- Monitor per il monitoraggio emodinamico con le seguenti caratteristiche di minima:
 - Display a colori LCD preferibilmente touch screen di almeno 12" con visualizzazione fino a 8 tracce contemporaneamente;
 - Monitoraggio continuo di valori medi e trend grafici e tabellari e full disclosure di almeno 24 ore, con acquisizione dei seguenti parametri vitali:
 - ECG/Respiro con analisi del tratto ST;
 - Pressione non invasiva
 - Pressione invasiva (2 canali)
 - Temperatura (2 canali)
 - Saturazione d'ossigeno con curva del polso (SpO₂)
 - Interfacciamento con Rete Standard Ethernet;
 - Dotato di allarmi acustici e visivi regolabili dall'utente.

3. Luogo di svolgimento della procedura

ASL RM1 – Presidio Ospedaliero San Filippo Neri
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – 00135 Roma

4. Valore massimo della fornitura

Il corrispettivo massimo della fornitura è pari ad € 208.000 IVA esclusa, più IVA 22% per un totale di € 253.760,00 IVA inclusa.

5. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

6. Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse

Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare:

- a. Domanda di partecipazione (da presentare compilando il modello allegato "A") corredata dal documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante sottoscrittore della stessa o da procuratore (la cui procura deve essere allegata).



**7. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse**

La documentazione richiesta dal presente avviso dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità e di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 25 maggio 2016** a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocolloinf@pec.asl-rme.it

La trasmissione con pec dovrà recare in oggetto la seguente dicitura:

Avviso pubblico per una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, della fornitura di n. 6 apparecchi per anestesia occorrenti alle esigenze del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri della ASL RM1.

8. Condizioni regolanti la procedura

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica. Tale avviso rappresenta esclusivamente una indagine di mercato per individuare soggetti interessati cui affidare successivamente la fornitura.

La stazione appaltante si riserva comunque di non procedere agli inviti alla procedura negoziata, a suo insindacabile giudizio, nei confronti di uno i più dei soggetti che abbiano invitato la manifestazione di interesse.

9. Condizioni di esclusione

Sono escluse le manifestazioni di interesse:

- a. Pervenute dopo la scadenza di cui al punto 7.
- b. Incomplete nei dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti.

10. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è la Dott.ssa Maddalena Quintili.


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maddalena Quintili

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Tanese
