



**Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici, per l'affidamento di un contratto in full service, della fornitura di n. 1 apparecchiatura per litotripsia extracorporea ESWL occorrente alla UOC Urologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1.**

Al fine di individuare gli operatori economici idonei da invitare alla procedura in oggetto, viene pubblicato il presente avviso, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per l'affidamento, di n. 1 apparecchiatura per litotripsia extracorporea ESWL occorrente alla UOC Urologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1.

### **Litotritore extracorporeo – quantità 1**

#### **DESCRIZIONE**

Apparecchiatura per la generazione di onde d'urto utile al fine del trattamento non invasivo dei calcoli renali (litotripsia extracorporea ESWL) occorrente alla UOC Urologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

##### **1) LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO**

- Generatore di onde d'urto preferibilmente di tipo piezoelettrico, elettromagnetico o elettroconduttivo di elevate prestazioni in termini di pressione focale ed energia in corrispondenza del fuoco
- Disponibilità di almeno due dimensioni focali
- Potenza del fuoco regolabile mediante livelli (in numero non inferiore a 20) e step di regolazione della pressione in MPa, comunque non inferiore a 100 MPa
- Profondità focale regolabile e comunque non inferiore a circa 160 mm
- Frequenza di emissione di almeno 3 Hz
- Minima dolorosità in modo da consentire trattamenti in assenza di anestesia, con sedazione del paziente solo nel caso di trattamenti ad elevata potenza
- Possibilità di controllo remoto
- Facilità di utilizzo, precisione e velocità di puntamento
- Minimo livello di rumorosità, comunque non superiore a 80 dB circa
- Presenza di doppio monitor con possibilità di visioni parallele a raggi X e ultrasuoni delle immagini

**2) SISTEMI DI PUNTAMENTO DEL CALCOLO:** il sistema deve possedere le seguenti tipologie di puntamento, utilizzabili sia separatamente, che in successione o anche simultaneamente





- a. **Ecografico:** in tempo reale, tale da consentire il monitoraggio continuo senza interruzione del trattamento. In particolare deve possedere le caratteristiche elencate:
    - Ecografo di puntamento interfacciato e collegato con sorgente di onde d'urto
    - Utilizzabile in modo autonomo dal litotritore
    - Possibilità di collegamento di sonde convex, lineari e settoriali elettroniche (phased array), preferibilmente a contatto diretto con paziente
    - Ampia possibilità di scelta della finestra acustica
    - Funzionamento sonda per puntamento a braccio fisso integrato al sistema di ESWL e libera
  - b. **Radiologico:** in tempo reale in modo da consentire il monitoraggio continuo senza interruzione del trattamento. In particolare deve possedere le caratteristiche elencate:
    - Arco C accoppiato in maniera isocentrica con la testata terapeutica, con possibilità di movimento laterale almeno da 0 a 30°
    - Tubo RX ad elevate prestazioni (richiesta specifica delle caratteristiche)
    - Generatore di potenza adeguata (specificare in KV e mA in uscita)
    - Utilizzabile in modo autonomo dal litotritore
    - Intensificatore di brillantezza non inferiore a 9''
    - Disponibilità di sistemi di controllo della dose erogata
    - Misurazione della dose erogata ai sensi del comma 8, art.8 D.Lgs.187/00
    - Disponibilità di sistema di contenimento della dose erogata
- 3) **TAVOLO PORTAPAZIENTE**
- Posizionamento del paziente in maniera comoda e confortevole, preferibilmente in modo automatico
  - Movimentazione motorizzata nelle tre direzioni e controllabile tramite telecomando

#### **SPECIFICARE**

- Caratteristiche migliorative delle singole unità rispetto a quanto richiesto
- Caratteristiche degli accessori forniti
- Accessori opzionali

#### **1. Luogo di svolgimento della procedura**

ASL ROMA1 – Presidio Ospedaliero San Filippo Neri  
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – 00135 Roma

#### **2. Valore massimo della fornitura**





Il corrispettivo massimo della fornitura è pari ad € 27.480,00 annuo IVA esclusa, più IVA 22% per un totale di € 33.525,60 IVA inclusa annuo, per un periodo di due anni.

**3. Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

**4. Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse**

Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare:

- a. Domanda di partecipazione (da presentare compilando il modello allegato "A") corredata dal documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante sottoscrittore della stessa o da procuratore (la cui procura deve essere allegata).

**5. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse**

La documentazione richiesta dal presente avviso dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità e di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 2 dicembre 2016** a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [protocolloinf@pec.asl-rme.it](mailto:protocolloinf@pec.asl-rme.it)

La trasmissione con pec dovrà recare in oggetto la seguente dicitura:

**Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici, per l'affidamento di un contratto in full service, della fornitura di n. 1 apparecchiatura per litotrissia extracorporea ESWL occorrente alla UOC Urologia del P.O. San Filippo Neri della ASL ROMA1.**

**6. Condizioni regolanti la procedura**

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica. Tale avviso rappresenta esclusivamente una indagine di mercato per individuare soggetti interessati cui affidare successivamente la fornitura.

La stazione appaltante si riserva comunque di non procedere agli inviti alla procedura negoziata, a suo insindacabile giudizio, nei confronti di uno i più dei soggetti che abbiano invitato la manifestazione di interesse.

**7. Condizioni di esclusione**

Sono escluse le manifestazioni di interesse:

- a. Pervenute dopo la scadenza di cui al punto 7.
- b. Incomplete nei dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti.

**8. Pubblicità**





Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è la Dott.ssa Maddalena Quintili.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Dott.ssa Maddalena Quintili**

**Il Sostituto**

**Dott.ssa Silvana Cinalli**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Angelo Tanese**

**ALLEGATO "A"**

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA1  
AREA SERVIZI TECNICI E LOGISTICI  
UOSD INGEGNERIA CLINICA  
B.GO S. SPIRITO, 3

00193 ROMA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

Della Società \_\_\_\_\_

Con sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE**

A partecipare, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura per l'affidamento di un contratto in *full service* per la durata di due anni, della fornitura di n. 1 apparecchiatura per litotriassia extracorporea ESWL occorrente alla UOC Urologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1.

**DICHIARA**

Di presentare la propria candidatura come:

Singolo concorrente	Indicare nome e tipologia di società (S.p.A. S.r.l.)
RTI	Indicare nome e capogruppo e partecipanti
Altro	

Di indicare indirizzo e riferimenti per essere contattato per qualsiasi comunicazione nell'ambito della procedura:

Indirizzo	
Telefono/Fax	
e-mail/Pec	

Il sottoscritto acconsente all'invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione indicata all'indirizzo e-mail/pec di cui sopra.

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati per le finalità inerenti la procedura di cui trattasi.

Data

Firma e timbro

Handwritten signature and initials. The signature is a stylized 'M' with a horizontal line through it, enclosed in a circle. Below it are the initials 'M'.