

Capitolato Speciale d'Appalto

**PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI APPARECCHIATURE PER VAC THERAPY E
RELATIVE MEDICAZIONI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL' AZIENDA ASL Roma 1**

MM *M*

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA.....	4
ART. 3 AGGIUDICAZIONE.....	6
ART. 4 OFFERTA.....	8
ART. 5 SERVIZI RICHIESTI.....	17
ART. 6 CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE.....	17
ART. 7 CAMPIONATURA E PROVA DIMOSTRATIVA.....	18
ART. 8 INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE.....	19
ART. 9 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	21
ART. 10 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA.....	21
ART. 11 VARIAZIONE DELLA FORNITURA.....	22
ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA.....	23
ART. 13 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA.....	23
ART. 14 PAGAMENTI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO.....	25
ART.15 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO.....	26
ART.16 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	26
ART.17 SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA FORNITURA.....	27
ART. 18 INSTALLAZIONE E COLLAUDO.....	27
ART. 19 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO.....	29
ART. 20 DECISIONI DI COLLAUDO.....	29
ART. 21 FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO.....	30
ART. 22 FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI.....	30
ART. 23 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA.....	30
ART. 24 PENALI.....	31
ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	32
ART. 26 CONTROVERSIE. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE.....	32
ART. 27 CAUZIONE DEFINITIVA E PROVVISORIA.....	32
ART. 28 ALTRE NORME APPLICABILI.....	33
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33

M

MR

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura in "full service" di apparecchiature per Vac Therapy e relative medicazioni, occorrenti alle esigenze dell'Azienda ASL Roma 1, nel seguito del presente capitolato indicata semplicemente come Committente, per la durata di due anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni due.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati, nonché dotati di una quantità di materiali di consumo adeguata a consentirne la messa in funzione ed il collaudo funzionale.

Le apparecchiature devono essere necessariamente conformi alle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato A al presente Capitolato.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo o comunque indicati dal Committente, anche in corso di fornitura.

La fornitura dovrà essere comprensiva del servizio di assistenza tecnica "full risk", del training del personale, della dotazione ed eventuale sostituzione di tutte le parti di ricambio, di eventuale materiale di consumo e tutto quanto necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal Committente, anche in corso di fornitura.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati.

ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Per quanto non in contrasto con le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto, l'esecuzione della fornitura oggetto del presente atto è soggetta, nell'ordine, anche all'osservanza delle disposizioni di seguito indicate:



a) Prescrizioni e specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A), tali specifiche tecniche o sono possedute puntualmente, oppure è possibile presentare un prodotto di caratteristiche funzionali equivalenti comprensivo di una relazione tecnica che, evidenziando le differenze, confermi l'equivalenza funzionale.

b) Dovranno essere rispettate le norme, leggi e regolamenti vigenti, o che dovessero essere emanati nel corso dell'esecuzione del contratto.

c) Tutte le disposizioni che il Committente avrà ricevuto o potrebbe ricevere durante l'esecuzione del contratto dalle autorità sanitarie centrali e/o periferiche, nonché tutte le disposizioni che il Committente avrà ricevuto dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e dal Ministero della Sanità per la buona esecuzione della fornitura.

L'oggetto del presente capitolato tecnico si suddivide nei seguenti lotti, in corrispondenza dei quali si riporta la relativa base d'asta annuale non superabile:

	Oggetto	Base d'asta non superabile (valore annuo IVA esclusa)
Lotto I	n. 4 dispositivi per la VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero, per i quali si richiede una tipologia di contratto a noleggio	€ 51.100,00
Lotto II	n. 1 dispositivi per la VAC Therapy ad utilizzo ospedaliero specifici per il trattamento addominale, per i quali si richiede una tipologia di contratto a noleggio	€ 58.400,00
Lotto III	n. 10 dispositivi per la VAC Therapy portatili, per i quali si richiede una tipologia di contratto a noleggio	€ 127.750,00
Lotto IV	n. 12 dispositivi per la VAC Therapy portatili, per i quali si richiede una tipologia di contratto a chiamata	€ 64.000,00

M

AN

Ciascun sistema appartenente ai lotti sopra definiti deve essere composto di:

- Una unità terapeutica, comprensiva di un modulo di interfaccia con l'utente e di una pompa per la generazione della pressione sub-atmosferica;
- Almeno un contenitore per la raccolta dei fluidi biologici;
- Kit di medicazione, comprendenti tubi di drenaggio e medicazioni.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà del Committente richiedere, e l'Aggiudicatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione contrattuale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è, comunque, obbligato all'integrale e scrupoloso rispetto della disciplina vigente in materia.

ART. 3 AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata per singolo lotto con il criterio di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n° 95 del 2016 e s.m.i. e quindi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale sarà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati il punteggio complessivo di punti 100, dei quali 40 risultano relativi agli elementi *quantitativi* e 60 ai *qualitativi*, come segue:

a) Parametri di valutazione qualitativi : punteggio massimo 60

Sotto il profilo tecnico-funzionale, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'Art. 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valuterà gli elementi di natura qualitativa, sulla base dell'analisi della documentazione tecnica e della campionatura trasmesse, attribuendo i seguenti punteggi, sino ad un massimo complessivo di 60 punti, che verranno assegnati secondo i criteri indicati nell'allegato C.

b) Parametri di valutazione quantitativi: punteggio massimo 40

Gli elementi di valutazione di tipo *quantitativo* sono suddivisi nelle seguenti tre sotto-categorie:



➤ **Prezzo:**

$$P_E = P_{Max} \cdot \left[1 - \left(\frac{P_o}{P_b} \right) \right]$$

Dove si indica con

- P_E : punteggio ottenuto dall'offerta economica in esame;
- P_{Max} : punteggio massimo assegnato all'elemento prezzo (pari a 30 punti per i lotti I,II,III e a 25 punti per il lotto IV);
- P_o : valore dell'offerta economica in esame;
- P_b : valore dell'offerta economica più vantaggiosa ovvero più conveniente.

➤ **Assistenza tecnica:**

Sono valutati i seguenti elementi, secondo le formule precedentemente espresse, per un punteggio massimo ottenibile pari a 10:

Manutenzione correttiva punti 8	Tempi d'intervento in caso di fermo macchina o parti guaste	fino a 3
	Tempo massimo di Interruzione del servizio garantito	fino a 2
	Tempo impiegato per la sostituzione del macchinario	fino a 3
Manutenzione programmata punti 2	Frequenza	fino a 2

➤ **Fornitura (solo per il lotto IV):**

Esclusivamente per il lotto IV, riferito alle attrezzature per le quali è richiesto il servizio di fornitura a chiamata, risultano fondamentali le tempistiche secondo cui queste vengono distribuite all'utenza richiedente. Per tale motivazione, indifferentemente dal tipo di utilizzo (domiciliare oppure ospedallero), è assegnato un massimo di 5 punti al seguente elemento:

Fornitura punti 5	Tempo di fornitura del macchinario presso l'utenza richiedente	fino a 5
----------------------	--	----------

m

an

**NON SARANNO AMMESSE ALLA PROCEDURA E PERTANTO SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE
PARI O SUPERIORI RISPETTO ALLA BASE D'ASTA**

L'offerta dovrà essere formulata con le indicazioni contenute nell'allegata scheda d'offerta.

L'aggiudicazione, per singolo lotto, avverrà a favore della Ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (punteggio prezzo + punteggio qualità) più elevato.

Nel caso in cui due o più Ditte conseguano una situazione di parità, si procederà alla richiesta di miglioramento dell'offerta tra i concorrenti presenti all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Si procederà ad estrazione a sorte se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone una offerta migliorativa. Possono migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di idonea procura non valendo a tal fine la semplice delega a presenziare.

Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata e la fornitura sarà affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

ART. 4 OFFERTA

Sono ammesse a presentare offerte i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché imprese temporaneamente raggruppate ed i consorzi che dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alla disciplina prevista ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Non sono ammesse le offerte per i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo i termini e le modalità indicati nel presente Capitolato e dovrà riportare tutte le indicazioni richieste.

Per partecipare alla gara, la Ditta concorrente dovrà far pervenire all'Unità Operativa Affari Generali (Ufficio Protocollo) di questa Azienda, Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma, entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel bando di gara, il plico contenente l'offerta tecnica, l'offerta economica e la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. Il plico stesso dovrà essere chiuso, sigillato esternamente con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà riportare sul suo involucro esterno l'Indicazione



della ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail e fax per eventuali comunicazioni della Ditta/ATI partecipante e l'oggetto della gara, indicando specificamente la seguente dicitura:

"PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI APPARECCHIATURE PER VAC THERAPY E RELATIVE MEDICAZIONI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL' AZIENDA ASL Roma 1", riportante anche esplicitamente l'indicazione del lotto o dei lotti per i quali l'impresa concorre ed il relativo n. CIG identificativo del lotto/1.

Si avverte che, con la partecipazione alla presente gara, l'impresa partecipante accetta implicitamente e senza condizioni che le comunicazioni che riceverà a riguardo dal RUP, via fax o via mail agli indirizzi dalla stessa indicati, hanno validità a tutti gli effetti di notifica formale.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste/plichi interni (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), che a loro volta dovranno essere anch'essi chiusi, sigillati esternamente, controfirmati sui lembi di chiusura e dovranno riportare scritte esterne come appresso specificato.

Il plico generale dovrà contenere quindi tre buste separate:

- **PRIMA BUSTA**

Chiusa, sigillata, firmata sui lembi, con indicazione all'esterno della denominazione della Ditta, l'oggetto della presente gara e la dicitura: "CONTIENE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PER IL LOTTO N..... - CIG n.....".

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. **Copia del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei relativi allegati timbrati e firmati in ogni pagina dal legale rappresentate della ditta per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni ivi contenute. In caso di ATI o Consorzi, il Capitolato deve essere sottoscritto in tutte le pagine da tutti i rappresentanti legali delle ditte facenti parte del raggruppamento o delle ditte del consorzio che materialmente effettueranno la fornitura.**



2. **Dichiarazione per la documentazione amministrativa con allegata la certificazione espressamente richiesta, compilata obbligatoriamente secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente Capitolato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente, corredata della fotocopia di un valido documento di riconoscimento di chi firma la dichiarazione.**

La verifica dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale ed i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice e della Deliberazione n. 111 Adunanza del 20/12/2012 dell'AVCP, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Al fine di procedere con le attività di verifica, si invitano pertanto tutti gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara a registrarsi al servizio AVCPASS ed ad acquisire il "PASOIE" (documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta N.1 contenente la documentazione amministrativa, necessario per la verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti.

Le certificazioni, eventualmente presentate, dovranno essere rilasciate in data non anteriore a sei mesi dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Qualora le Ditte ritengano di produrre altra certificazione supplementare, anch'essa dovrà essere prodotta in originale o in copia nei modi previsti dal citato D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

La dichiarazione per la documentazione amministrativa, in caso di ATI o Consorzio, dovrà essere resa da ogni singola ditta facente parte del raggruppamento o del Consorzio che materialmente effettuerà la fornitura, comunque dovrà essere resa secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 al presente capitolato.

La mancanza di uno o più documenti e/o dichiarazioni richiesti determina l'esclusione della ditta alla gara in oggetto.

3. **Garanzia pari al 2% calcolato sull'importo del valore posto a base di gara al netto (I.V.A. esclusa) del lotto o dei lotti per cui si intende presentare offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione ai sensi di quanto prescritto dall'art.93 del D.lgs n. 50/2016 a corredo**



dell'offerta presentata e dovrà avere validità per un periodo di almeno centottanta (180) giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione per più lotti, l'importo della cauzione dovrà essere calcolato sulla somma dell'importo a base di gara dei singoli lotti, al netto dell'IVA, per i quali l'impresa concorre, indicando i lotti per i quali è versata.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari, tali titoli di garanzia, se rilasciati in favore della ditta mandataria, dovranno espressamente prevedere l'obbligazione di garanzia anche per fatti imputabili a ciascuna delle ditte partecipanti ai costituendi raggruppamenti o consorzi e non potranno quindi essere rilasciati a sola garanzia dei fatti imputabili alla predetta.

In alternativa, ciascuna ditta partecipante al costituendo raggruppamento o consorzio potrà presentare autonoma garanzia (sotto forma di cauzione o fidejussione).

4. **Impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto prescritto dal punto 8 dell'art. 93 del citato D.lgs. n.50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

5. **Ricevuta in originale del versamento**, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, eseguito a titolo di contribuzione ai sensi, e secondo l'importo e le modalità ivi previste, della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) e successive Istruzioni applicative e modificative (delibera dell'Autorità del 24 gennaio 2008 in vigore dall'01.02.2008) e delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1 c. 67 della legge 23.12.2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio 2010), pubblicate sul sito: www.autoritalavoripubblici.it.

Nello specifico, i soggetti tenuti al versamento del contributo, dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on line al nuovo "servizio di riscossione", che è disponibile sul sito dell'Autorità dal 1 maggio 2010, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio. Per effettuare

m

AR

il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on - line di riscossione all'indirizzo: <http://riscossione.avcp.it>

Tale versamento è richiesto a condizione di ammissibilità alla presente procedura contrattuale e quindi, in mancanza, a pena di esclusione dalla stessa.

La stazione appaltante verificherà, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante anche tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del codice identificativo gara (CIG) riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

6. **Elenco della documentazione prodotta.** Nota di trasmissione con dettagliato elenco della documentazione inclusa nella prima busta.

7. **CD (compact disk) contenente il file/files informatico/i, in formato PDF e .xls, riportante/i la copia integrale e fedele (riportante quindi testi, firme ecc.) di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 1,2,3,4,5,6,7 relativa alla busta contenente la documentazione amministrativa, al fine di consentire l'alimentazione dell'archivio informatico della U.O. Ingegneria Clinica del Committente. Sulla custodia esterna del CD dovrà essere chiaramente indicato: "Contiene documentazione amministrativa di cui alla prima busta relativa alla "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI APPARECCHIATURE PER VAC THERAPY E RELATIVE MEDICAZIONI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL' AZIENDA ASL Roma 1 - codice CIG".**



Nel caso di offerta presentata tramite procuratore oltre ai documenti indicati in precedenza, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto di procura. Anche tale eventuale documento dovrà essere contenuto, in formato PDF nel CD di supporto informatico, sopra indicato.

In caso di partecipazione del medesimo concorrente per più lotti, la documentazione di cui alla "PRIMA BUSTA" potrà essere allegata una sola volta, e potrà essere fornito un solo CD contenente le copie PDF della documentazione.

• **SECONDA BUSTA**

Chiusa, sigillata e firmata sui lembi, con indicazione all'esterno della denominazione della Ditta, l'oggetto della gara e la dicitura: " CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL LOTTO N..... - CIG..... ".

La Ditta concorrente dovrà presentare le documentazioni e certificazioni di seguito indicate, prive di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, pena l'esclusione dalla procedura di gara:

1. Copia integrale del solo testo dell'offerta economica, senza alcuna indicazione, diretta o indiretta dei prezzi offerti.
2. Scheda tecnica del prodotto offerto sulla base delle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato A.
3. Schede riepilogative delle caratteristiche tecniche e del servizio di assistenza tecnica (allegati B e B1 che verranno allegati al presente capitolato al momento della pubblicazione del bando), debitamente compilate, da restituire sia in formato cartaceo che elettronico (file .xls).
4. Depliant illustrativi e documentazione comunque ritenuta utile per le valutazioni che la Commissione dovrà fare sulla base dei criteri indicati nel presente capitolato.
5. Dichiarazione di possesso delle specifiche tecniche minime richieste dal capitolato.
6. Dettaglio delle specifiche tecniche migliorative rispetto alle minime richieste.
7. Dichiarazione contenente codice CND e N. di repertorio dell'apparecchiatura.
8. Idoneo e dettagliato programma di formazione all'utilizzo delle apparecchiature del personale ed alla manutenzione di primo livello, secondo le specifiche richieste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
9. Dettagliato programma di manutenzione correttiva e programmata.
10. Elenco dettagliato dei materiali di consumo, evidenziando separatamente quelli di produzione esclusiva, che si prevede di utilizzare per i primi due anni di esercizio, senza alcun riferimento economico, giustificando dettagliatamente l'entità dei consumi previsti in funzione dell'utilizzazione dell'apparecchiatura.

M

112

11. Specifica dei tempi di consegna della fornitura.
12. Elenco della documentazione prodotta.
13. CD (compact disk) contenente il file/files informatico/i, in formato PDF e .xls, riportante/i la copia integrale e fedele (riportante quindi testi, immagini, firme ecc.) di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 relativa alla busta contenente la documentazione tecnica, al fine di consentire l'alimentazione dell'archivio informatico della U.O. Ingegneria Clinica del Committente. Sulla custodia esterna del CD dovrà essere chiaramente indicato: "contiene documentazione tecnica di cui alla seconda busta relativa alla "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI APPARECCHIATURE PER VAC THERAPY E RELATIVE MEDICAZIONI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL' AZIENDA ASL Roma 1 - codice CIG".

In caso di partecipazione del medesimo concorrente per più lotti, dovranno essere allegati più buste contenenti la "documentazione tecnica", una per ciascun lotto, completa ciascuna di un CD come sopra descritto, con all'esterno la denominazione della Ditta, l'oggetto della gara e l'Indicazione del lotto, con relativo CIG, al quale si riferisce la documentazione.

• **TERZA BUSTA**

Chiusa, sigillata e firmata sui lembi, con indicazione all'esterno della denominazione della Ditta, l'oggetto della gara e la dicitura: "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N..... - CIG.....".

Tale busta dovrà contenere:

1. l'offerta economica della Ditta, redatta in lingua italiana ed in conformità alla "Tabella Offerta" allegata al presente Capitolato (Allegato D), del quale forma parte integrante e sostanziale, su carta legale o resa legale e firmata dal legale rappresentante della Ditta partecipante. Allegata all'offerta dovrà essere copia del documento di identità dei/dei firmatari dell'offerta economica. L'offerta va redatta senza cancellature ed i numeri vanno indicati in cifre ed in lettere, come espressamente indicato nella allegata "Tabella Offerta" (allegato D). In caso di discordanza, si considererà valido quello più conveniente per l'Amministrazione Appaltante.

M

Dr

L'offerta dovrà riportare:

- il canone di locazione, in cifre e in lettere, annuo unitario e complessivo per i due anni per tutte le apparecchiature proposte;
 - il canone di assistenza tecnica, in cifre e in lettere, annuo unitario e complessivo per i due anni per l'assistenza tecnica full risk di tutte le apparecchiature proposte;
 - l'importo complessivo (canoni di noleggio apparecchiature, assistenza tecnica ed eventuale relativo materiale di consumo), in cifre e in lettere, dei due anni di fornitura, IVA esclusa;
 - percentuale di sconto applicata sui listini ufficiali regolarmente depositati presso la CC.I.AA.
2. CD (compact disk) contenente il file informatico, in formato PDF e .xls, riportante la copia integrale e fedele (riportante quindi testi, immagini, firme ecc.) di tutta la documentazione di cui al precedente punto 1, relativa alla busta contenente la offerta economica, al fine di consentire l'allimentazione dell'archivio informatico della U.O. Ingegneria Clinica del Committente. Sulla custodia esterna del CD dovrà essere chiaramente indicato: "contiene offerta economica di cui alla terza busta relativa alla *PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI APPARECCHIATURE PER VAC THERAPY E RELATIVE MEDICAZIONI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL' AZIENDA ASL Roma 1 - codice CIG*".

In caso di partecipazione del medesimo concorrente per più lotti, dovranno essere allegate più buste contenenti l' "offerta economica" e più CD relativi, una per ciascun lotto, con all'esterno la denominazione della Ditta, l'oggetto della gara, l'indicazione del lotto, con relativo CIG, al quale si riferisce.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara dei singoli lotti, né offerte condizionate e indeterminate.

Nella busta contenente l'offerta economica dovrà, inoltre, essere inserita:

- la lista del materiale di consumo connesso all'uso delle apparecchiature con valorizzazioni di listino, sconto e sua validità temporale;
- la lista degli accessori non inclusi nell'offerta, con valorizzazioni di listino, sconto e sua validità temporale;
- la lista comprensiva delle valorizzazioni degli eventuali materiali di consumo di produzione esclusiva necessari al funzionamento dell'apparecchiatura.

M

DM

Tali liste vanno chiaramente riportate anche in formato PDF nel CD relativo all'offerta economica.

In caso di A.T.I. l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate.

In caso di Consorzi, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le ditte consorziate che materialmente effettueranno la fornitura.

In caso di subappalto di parte della fornitura, la Ditta concorrente dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi formulati, fissi ed invariabili per l'intera validità del contratto, si intendono onnicomprensivi di ogni onere di trasporto, facchinaggio, imballo, lavori di posa in opera ed ogni altra spesa accessoria di installazione e collaudo e della manutenzione delle apparecchiature nel periodo di garanzia. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di ogni accessorio occorrente a rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all'uso cui sono destinate, nonché dell'eventuale materiale di consumo per tutta la durata del servizio.

Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Azienda può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'offerta dovrà specificatamente indicare (anche in separato foglio) i costi sostenuti per la sicurezza dei prodotti e dei lavoratori in genere che concorrono alla realizzazione degli stessi e alla loro successiva distribuzione ai sensi dell'art. 97 c.6 del D. lgs. 50/2016.

Non si terrà conto delle offerte non conformi alle prescrizioni sopra riportate o alle prescrizioni del Capitolato Speciale, nonché di quelle che perverranno dopo il termine stabilito, anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.

Non è consentita la presentazione di offerte in sede di gara.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione di cui alla prima e alla seconda busta deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara dovrà essere redatta in lingua italiana.

Le ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre l'Azienda non assumerà alcun obbligo se non quando sarà acquisita tutta la necessaria documentazione e, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione ed ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

M

jm

Il concorrente che sarà dichiarato, anche provvisoriamente, dalla Commissione Giudicatrice aggiudicatario della fornitura, oggetto della presente procedura di gara, resta immediatamente vincolato agli impegni di cui al presente capitolato ed al proprio progetto offerta, mentre l'Amministrazione Appaltante lo sarà solo dopo la formale superiore approvazione degli atti di gara e, qualora ricusasse di stipulare il contratto, gli saranno applicate le sanzioni di legge.

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per gli eventuali studi e compilazione dei progetti, i quali resteranno di proprietà dell'Azienda.

ART. 5 SERVIZI RICHIESTI

Per quanto non in contrasto con le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto, l'esecuzione della fornitura oggetto del presente atto è soggetta, nell'ordine, anche all'osservanza delle statuizioni di seguito indicate:

- a) Prescrizioni e specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto (all. A), tali specifiche tecniche o sono possedute puntualmente, oppure è possibile presentare un prodotto di caratteristiche funzionali equivalenti comprensivo di una relazione tecnica che, evidenziando le differenze, confermi l'equivalenza funzionale.
- b) Dovranno essere rispettate le norme, leggi e regolamenti vigenti, o che dovessero essere emanati nel corso dell'esecuzione del contratto.
- c) Tutte le disposizioni che il Committente avrà ricevuto o potrebbe ricevere durante l'esecuzione del contratto dalle autorità sanitarie centrali e/o periferiche, nonché tutte le disposizioni che il Committente avrà ricevuto dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e dal Ministero della Sanità per la buona esecuzione della fornitura.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

La quantità, le tipologie e la descrizione dei beni oggetto del presente appalto, nonché le caratteristiche che essi devono rispettare, risultano dall'art. 2 e dall'allegato A.

Si precisa che, per le apparecchiature del lotto IV (aventi contratto *a chiamata*), la relativa richiesta di attivazione e disattivazione del dispositivo deve essere trasmessa al Servizio di Ingegneria Clinica e deve contenere al suo interno la validazione da parte del medico richiedente.

M

DM

Prestazioni ed obblighi complementari alle forniture

Nell'importo, negli obblighi e nelle condizioni della fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni:

- L'imballo, il trasporto, il facchinaggio, l'installazione franco reparti e le prove di funzionalità nei singoli ambienti;
- Formazione del personale all'utilizzo e alla gestione corretti e in sicurezza per i pazienti e i lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) delle apparecchiature - da effettuarsi sia prima dell'avvio delle apparecchiature medesime che durante il primo anno di utilizzo – e formazione alla manutenzione di primo livello; tale prestazione comprende anche la formazione di almeno un operatore, indicato dal committente, al livello di formatore cioè tale da poter formare eventuali ulteriori operatori che dovessero fare uso dell'apparecchiatura. Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione controfirmata dal personale responsabile di ogni Unità Operativa.
- Nel caso in cui si verifichi, in corso di contratto, la sostituzione o l'introduzione in commercio di un prodotto innovativo (kit di medicazione o apparecchiatura) rispetto a quello aggiudicato, la Ditta si impegna a fornire quest'ultimo in luogo di quello aggiudicato alle stesse condizioni economiche pattuite in sede di gara e su espressa accettazione o richiesta da parte delle Strutture Sanitarie delle Aziende associate.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria nei tempi di intervento specificati in offerta per qualunque tipologia di apparecchiatura e causa di guasto, con la fornitura di un apparecchio sostitutivo in caso di tempi di fermo macchina superiori a quelli specificati nell'art. 8.
- Fornitura in duplice copia dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
- Fornitura in duplice copia dei manuali tecnici comprensivi degli schemi elettrici e/o meccanici;
- Fornitura, per ciascuna apparecchiatura, dei risultati delle verifiche di sicurezza in base alla normativa CEI 62/5 (esame a vista e prove strumentali) effettuate alla consegna.

M

an

ART. 7 CAMPIONATURA E PROVA DIMOSTRATIVA

Ai fini della valutazione dell'idoneità e della qualità dei prodotti offerti da parte della Commissione Giudicatrice, le Ditte dovranno presentare una adeguata campionatura. Nello specifico, si elencano i quantitativi minimi di cui è richiesta la visione:

- Lotto I:
 - N. 1 dispositivo per pressione negativa fisso;
 - N. 1 kit di medicazione di ogni tipologia prevista nell'offerta (comprensivo di tubo di drenaggio);
 - N. 1 contenitore per raccolta di fluidi di ogni tipologia di capienza prevista nell'offerta.
- Lotto II:
 - N. 1 dispositivo per pressione negativa fisso;
 - N. 1 kit di medicazione specifici per il trattamento dell'addome aperto (comprensivo di tubo di drenaggio);
 - N. 1 contenitore per raccolta di fluidi di ogni tipologia di capienza prevista nell'offerta.
- Lotto III:
 - N. 1 dispositivo per pressione negativa fisso;
 - N. 1 kit di medicazione di ogni tipologia prevista nell'offerta (comprensivo di tubo di drenaggio);
 - N. 1 contenitore per raccolta di fluidi di ogni tipologia di capienza prevista nell'offerta.
- Lotto IV:
 - N. 1 dispositivo per pressione negativa fisso;
 - N. 1 kit di medicazione di ogni tipologia prevista nell'offerta (comprensivo di tubo di drenaggio);
 - N. 1 contenitore per raccolta di fluidi di ogni tipologia di capienza prevista nell'offerta.

Le modalità di consegna della campionatura, i calendari di prova e la durata della prova stessa verranno comunicati alle Ditte partecipanti dalla Commissione Giudicatrice dopo l'insediamento della stessa.

ART. 8 INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Per l'intera durata del contratto deve essere assicurata, sia per le apparecchiature ad uso domiciliare sia per le apparecchiature ad uso ospedaliero, l'assistenza tecnica, necessaria a garantire la funzionalità, la piena efficienza e la sicurezza delle apparecchiature stesse. In particolare dovranno assicurarsi i seguenti servizi:

- Assistenza tecnica per gli utilizzatori;
- Copertura della garanzia di vizi e difetti di fabbricazione;
- Copertura della garanzia sul funzionamento per tutti quei guasti non imputabili a mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d'uso, incuria e simili;
- Garanzia di continuità del servizio;
- Servizio di assistenza telefonica in orario più esteso possibile.

Inoltre, è incluso nell'appalto anche il servizio di manutenzione delle apparecchiature fornite, per due anni più due estendibili, a decorrere dalla data di approvazione del collaudo.

L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio, di consumo e prestazione di mano d'opera su tutte le apparecchiature.

La manutenzione oggetto dell'appalto è di due tipi:

8.1. Manutenzione correttiva

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore.

Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza.

Lo obiettivo primario della manutenzione correttiva nel contesto del presente capitolato di gara è di garantire la continuità di servizio. A tal proposito, si riportano i tempi di limite massimo da rispettare per le varie tipologie manutentive:

- Apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma: a partire dalla segnalazione del personale sanitario, l'intervento di riparazione deve espletarsi nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non superiore alle 8 (otto) ore lavorative per i sistemi di tutti i lotti.
- Interruzioni del servizio: non superiore alle 8 (otto) ore per i dispositivi del lotto I, III e IV e 4 (quattro) ore per i dispositivi del lotto II. Qualora la stima dei tempi di riparazione sia superiore ai limiti deve prevedersi la sostituzione del macchinario in esame con un altro almeno di pari caratteristiche tecniche entro 4 (quattro) ore e per la durata della riparazione.

M

MR

Per tempi di intervento e di fermo macchina superiori ai massimi riportati è prevista l'applicazione di sanzioni, come riportato nel successivo Art. 24.

Il trasporto dello strumento dall'Azienda alla sede dell'intervento tecnico, e viceversa, sarà a carico esclusivo della ditta aggiudicataria.

8.2. Manutenzione programmata

Per tutta la durata del servizio deve essere svolta anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà essere specificata nella offerta tecnica.

Resta inteso che la data di effettuazione degli interventi dovrà essere concordata con il Committente.

Il tempo totale di fermo della singola apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i cinque giorni lavorativi per ciascun anno. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli appena indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta verrà applicata una penale, come riportato nel successivo Art. 24.

Dovrà essere redatto un manuale operativo per ciascuna apparecchiatura, riportante gli interventi di manutenzione preventiva, correttiva ed eventuale manutenzione straordinaria effettuati e dei tempi di fermo macchina. Copia di detti manuali dovranno essere inviati con cadenza mensile al Servizio di Ingegneria Clinica.

ART. 9 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per la provvista dei materiali in genere e per la loro scelta ed accettazione saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme in vigore.

Le attrezzature e/o componenti saranno consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

ART. 10 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA

Tutte le apparecchiature ed i materiali costituenti la fornitura devono essere conformi alla legislazione

M

DM

nazionale vigente. In particolare si richiede:

- gli apparecchi offerti dovranno possedere marcatura CE secondo le Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE dispositivi medici ed essere costruiti secondo norme CENELEC e CEN generali (CEI EN 60601-1 ovvero CEI 62-5), collaterali, particolari e funzionali applicabili.
- la conformità alle norme tecniche richieste esplicitamente nel seguito ha l'esclusiva finalità di permettere di effettuare le attività di collaudo (prova di accettazione, verifiche di funzionalità e sicurezza, ecc.) in conformità alle procedure e modalità interne all'Azienda;
- ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, la Ditta partecipante deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate;

In particolare:

- o tutte le apparecchiature elettromedicali dovrebbero essere conformi alla norma CEI 62.5 (1998) – EN 60601.1 e successive varianti, oppure alla nuova edizione della norma EN 60601.1: le Ditte offerenti dovranno indicare a quale versione della EN 60601.1 è stato fatto riferimento. Le singole apparecchiature dovrebbero inoltre essere conformi alle relative norme di prodotto applicabili;
- o tutti i sistemi di apparecchiature elettromedicali devono essere conformi alla norma CEI EN 60601-1-1 o alla norma EN 60601.1 (ed. 2007);
- o le apparecchiature per uso domiciliare dovrebbero essere conformi alla CEI EN 60601-1-11 e pertanto classificate in classe II secondo la Norma CEI 62-5 (isolamento doppio o rinforzato).
- o il materiale di consumo dovrà rispondere ai requisiti della F.U. in vigore e a tutte le norme di legge vigenti in materia;
- il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro di fabbricanti, fornitori e installatori, così prescritti da art. 23 D.Lgs 81/2008;
- le Ditte offerenti dovranno produrre certificazione riguardo l'assenza di lattice nelle varie parti dell'apparecchiatura, negli accessori e nel materiale di consumo, sia mono che pluriuso.

La Ditta aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.



ART. 11 VARIAZIONE DELLA FORNITURA

Costituisce insindacabile facoltà per il Committente introdurre durante l'esecuzione del contratto quelle varianti (nell'ambito di quanto disposto dagli Art. 2, 3 e 4 del presente capitolato) che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della prestazione oggetto del contratto, senza che l'Aggiudicatario possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, che non siano stabiliti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato.

Da parte sua l'Aggiudicatario non potrà apportare variazioni o aggiunte, sospensioni, proroghe senza la preventiva approvazione degli organi di controllo proposti dal Committente.

ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il Committente procederà alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura con raccomandata A.R..

Il Committente provvederà alla stipula del contratto entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato per fatto dell'Aggiudicatario, il Committente tratterà l'importo previsto dall'ultimo comma del successivo Art. 24 versato dall'aggiudicatario a titolo di cauzione provvisoria. Nel caso in cui il medesimo termine non venga rispettato per fatto del Committente, l'aggiudicatario potrà diffidare per iscritto l'amministrazione alla stipula del contratto, fissando un termine per tale adempimento non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della diffida stessa.

Decorso tale termine, l'aggiudicatario potrà liberarsi dagli obblighi derivanti dall'aggiudicazione mediante comunicazione scritta.

Ove la stipula del contratto avvenga oltre il termine fissato dall'aggiudicatario, questi avrà diritto solo ed esclusivamente ad un aggiornamento dei corrispettivi determinato dalla differenza tra gli indici ISTAT relativi l'uno al momento della effettiva stipula del contratto, l'altro al giorno in cui scadeva il termine fissato dall'aggiudicatario nell'atto di diffida di cui al precedente comma.

Il Committente si riserva di disporre l'inizio della fornitura entro sei mesi dalla stipula del contratto, e di avvalersi della facoltà di disporre la consegna frazionata della fornitura medesima, senza che per questo l'aggiudicatario possa avanzare, a qualsiasi titolo, pretese ulteriori.



ART. 13 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

Aspetti generali:

L'inizio della fornitura sarà attestato mediante apposito verbale.

Le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite con oneri a carico della ditta. La ditta dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo Art. 24.

Con la consegna dei beni l'Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti, ivi compresa quella rispondente alle prescrizioni dell'art.6 CEI 62-5, artt.2.3. e 2.4 CEI 62-25 e quant'altro previsto dalla L. 81/2008.

➤ Consegna delle apparecchiature con contratto a noleggio (lotti I, II, III):

L'aggiudicatario dovrà effettuare la consegna della fornitura entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ordine o nel più breve termine specificato in offerta e comunque secondo il programma concordato con il Committente.

Successivamente alla data del verbale di consegna dei beni dall'Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature che dovranno concludersi entro 60 (sessanta) giorni.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.

Il materiale di consumo deve essere fatto pervenire nella quantità e qualità di volta in volta richieste da parte delle Aziende Sanitarie, nel luogo indicato, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla richiesta, salvo termini più ravvicinati nei casi d'urgenza.

➤ Consegna delle apparecchiature con contratto a chiamata (lotto IV):

Per le apparecchiature con contratto a chiamata, la consegna dovrà essere garantita entro le 8 (otto) ore dalla chiamata stessa e nel domicilio indicato dal personale richiedente (all'interno del territorio della ASL Roma 1).

Il termine di utilizzo della terapia verrà comunicato alla Ditta aggiudicataria entro le 48 ore successive dall'installazione. Ulteriori precisazioni circa le modalità di consegna e ritiro, in particolare per le apparecchiature noleggiate su richiesta, verranno comunicate dalle Aziende appaltanti successivamente all'aggiudicazione e precisate nei buoni di ordinazione. La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.

ART. 14 PAGAMENTI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le penalità in cui l'Aggiudicatario fosse eventualmente incorso, sarà disposto dopo il ricevimento e collaudo dei beni e previa presentazione di fatture in regola con le vigenti disposizioni fiscali, accompagnate dalla documentazione prevista al precedente Art. 12 dai verbali dell'avvenuta consegna di cui al precedente Art. 13, e verbali di collaudo di cui all'Art. 18.

In tale certificazione dovrà essere comunicato all'ufficio competente, da parte del DEC, che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto può darsi corso al pagamento dei relativi importi, ovvero della circostanza che l'Aggiudicatario è incorso in inadempimenti e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione della penale contrattuale.

I termini di pagamento sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. La fatturazione dei beni può avvenire solo a seguito della chiusura del collaudo con esito positivo.

In caso di ritardato pagamento alle scadenze convenute, gli interessi di mora a favore della Ditta Fornitrice saranno corrisposti nella misura pari al saggio d'interesse legale vigente *protempore* ex art. 1284 del C.C..

La presentazione delle fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, dovrà avvenire a seguito dell'esito positivo del collaudo.

Le fatture relative al noleggio e all'assistenza tecnica avranno cadenza trimestrale posticipata.

Qualora si opti per una modalità di pagamento diversa dal pagamento in contanti allo sportello della tesoreria, la ditta dovrà rilasciare esplicita autorizzazione ad addebitargli le spese per il bonifico bancario o tramite bollettino di c.c.p..

M

JM

ART.15 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

E' a carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta o tassa, esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente alla fornitura oggetto della gara, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente.

Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere, spesa o rischio relativi al trasporto, imballo, al facchinaggio, installazione delle apparecchiature, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche e del servizio di manutenzione full risk.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l'Azienda Ospedaliera intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

ART.16 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore.

L'Aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

M

JR

L'Aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART.17 SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA FORNITURA

Previa autorizzazione scritta da parte del Committente, è consentito alla Ditta affidare in subappalto l'esecuzione di parte della fornitura oggetto del contratto, purché l'impresa abbia indicato nell'offerta le parti che intende eventualmente subappaltare a terzi.

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra Committente e Ditta aggiudicataria, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

E' vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La cessione fa sorgere nel Committente il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Ai sensi dell'art. 1260 2° comma del Codice Civile non é consentita la cessione del credito derivante dal contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.

ART. 18 INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Generalità:

Gli apparecchi dovranno essere in perfette condizioni di igiene, efficienza, funzionalità e sicurezza. Dovranno inoltre essere in buone condizioni estetiche, e privi di qualunque riferimento all'eventuale utilizzo precedente. Ogni installazione dovrà essere effettuata da tecnici qualificati, formati e informati in rapporto al compito che devono svolgere.

L'installazione e la messa in servizio dovranno avvenire a carico del fornitore con le seguenti modalità:

- comprensive di trasporto fino al locale in cui è previsto il collaudo;
- per l'apparecchiatura e per tutti i suoi accessori;

- secondo le istruzioni di montaggio e installazione dell'apparecchiatura;
- comprensiva di tutti gli allacciamenti necessari;
- nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati;
- con pulizia finale e ritiro dei materiali di risulta (imballaggi e residui di lavorazioni, ecc.);
- assicurando la piena compatibilità con gli impianti elettrici, tecnologici, telefonici e speciali nonché la compatibilità elettromagnetica con altri sistemi per una installazione a regola d'arte.

Il collaudo finale avverrà dopo l'ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura ed entro 60 (sessanta) giorni dal verbale di ultimazione della fornitura. Le operazioni di collaudo saranno eseguite da personale di fiducia del Committente.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'Aggiudicatario che dovrà fornire gratuitamente tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle relative operazioni e di ogni prova funzionale al collaudo stesso.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi artt. 13, 14, 15.

Ad esito positivo delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale e verrà disposto il pagamento nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Trattamento a domicilio:

Per le installazioni a domicilio dovranno essere rispettate le procedure adottate dal personale di riferimento del territorio e che verranno comunicate dalle Aziende appaltanti successivamente all'aggiudicazione; la consegna si intende comprensiva delle seguenti azioni:

- concordare luogo e data di installazione;
- presenza per almeno 1 ora dello specialista di prodotto del fornitore;
- trasporto con imballo dell'apparecchio e tutti i suoi accessori fino al domicilio del paziente e fino al locale dove è prevista l'installazione;
- installazione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e secondo le istruzioni di montaggio e installazione degli apparecchi;
- adozione di tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori ed evitare danni a beni e a persone;

- consegna della documentazione annessa con particolare riguardo a istruzioni d'uso in italiano (D.Lgs. 46 24/02/97 art. 5 comma 4 e allegato I punto 13);
- formazione e informazione dell'utente con particolare riguardo alle corrette procedure di utilizzo e ai rischi specifici;
- formazione e informazione dell'utente circa i provvedimenti da adottare in caso di guasto, malfunzionamento e manovre da eseguire in caso di emergenza;
- comunicazione all'utente delle procedure da attivare per la manutenzione correttiva (a guasto);
- messa in servizio a regola d'arte assicurando la piena compatibilità con gli impianti esistenti;
- pulizia finale e ritiro degli imballaggi.

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire congiuntamente alle bolle di consegna all'ufficio Amministrativo competente un VERBALE DI INSTALLAZIONE , indispensabile per la chiusura del collaudo con le seguenti voci:

- dichiarazione che sono stati consegnati apparecchi destinati alle Aziende Sanitarie, completi di tutto l'occorrente per il completo funzionamento e di manuale d'uso;
- dichiarazione che l'installazione e la messa in servizio sono stati effettuati in conformità al capitolato, a regola d'arte ed in piena conformità con le indicazioni presenti nel relativo MODULO C;

ART. 19 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati.

L'Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l'incompletezza della fornitura.

I costi dei prodotti che si deteriorano per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'Aggiudicatario, al quale tali prodotti vanno restituiti nello stato in cui si trovano dopo le relative operazioni.

ART. 20 DECISIONI DI COLLAUDO

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili.

m

JMC

E' obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo. L'assenza di rappresentanti dell'Aggiudicatario è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali

rilievi e determinazioni sono comunicati all'Impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

ART. 21 FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato A o nell'offerta.

In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, ovvero, ove l'Aggiudicatario non abbia presenziato al collaudo, dalla data della lettera raccomandata del Committente di comunicazione del rifiuto.

ART. 22 FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato A o nell'offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 23 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione, ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'Aggiudicatario nella sua documentazione.

L'Aggiudicatario è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo

M

DM

nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Committente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli, l'Aggiudicatario è tenuto ad adempiere all'obbligo di cui al precedente comma.

ART. 24 PENALI

L'Aggiudicataria è soggetta a penalità quando:

1. Si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
2. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non rispetti il termine finale fissato dall'Amministrazione all'atto della consegna dei lavori per l'ultimazione della fornitura relativa al singolo lotto;
3. Non ottemperi, od ottemperi con ritardo rispetto ai limiti previsti nell'Art. 8 (tempi di intervento, fornitura del macchinario sostitutivo) agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione straordinaria delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione del collaudo;
4. Non ottemperi, od ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione ordinaria delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione del collaudo;
5. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non adempia, o adempia con ritardo, all'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi;
6. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli appena indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta;

L'ammontare delle penali – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno - è il seguente:

1. nel caso previsto dal n. 1 del precedente comma: penale fino al 10% calcolato sull'ammontare netto del singolo lotto ed in proporzione alla gravità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento. Resta salvo, comunque, nei casi più gravi il diritto del Committente di risolvere il contratto ai sensi del precedente Art. 19;



2. nel caso previsto dal n. 2 del precedente comma: in caso di ritardo della consegna dei lavori per l'ultimazione della fornitura penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto posto a base di gara per il singolo lotto;
3. nei casi previsti dai n. 3 e 4 del precedente comma: in caso di non ottemperanza o ritardo agli obblighi di manutenzione penale fissate pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto posto a base di gara per il singolo lotto;
4. nel caso previsto dal n. 5 del precedente comma: penale pari allo 0.8 per mille calcolato sull'importo netto della fornitura non ritirata;
5. nel caso previsto dal n. 6 del precedente: penale pari al 2% del valore dell'apparecchiatura.

ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà del Committente risolvere il contratto mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. :

1. nei casi previsti dal secondo comma, numeri 1 e 2, del precedente art. 24;
2. nei casi ed alle condizioni previsti dall'art.1671 del Codice Civile.
3. nei casi previsti dal DPR 554/99.

ART. 26 CONTROVERSIE. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto sarà deferita alla competente autorità giudiziaria, comunque non prima dell'approvazione del collaudo.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro, anche concorrente alternativo.

E' esclusa la competenza arbitrale.



ART. 27 CAUZIONE DEFINITIVA E PROVVISORIA

Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, al netto della I.V.A., da costituire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, al diritto di cui all'art. 1957 Codice Civile e, in genere, ad ogni eccezione, prevedere il pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Azienda Appaltante. La durata della cauzione dovrà essere pari ad almeno 18 mesi decorrente dalla stipula del contratto e, comunque, fino al collaudo, ovvero alla scadenza dei termini di capitolato previsti per tali adempimenti, salvo che il ritardo non sia imputabile all'impresa.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Azienda, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui depositi costituenti i depositi cauzionali.

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione provvisoria per un importo pari al 2% calcolato sul valore (importo al netto dell'IVA) posto a base di gara, secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto che regola i termini e le modalità di versamento dei depositi sopra indicati.

ART. 28 ALTRE NORME APPLICABILI

Oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, sono in ogni caso applicabili le norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le norme tecniche (comprese UNI), pertinenti all'oggetto dell'appalto.

A

ME

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi comunque i diritti di cui all'art.13 dello stesso decreto.

Il trattamento dei dati di cui l'impresa aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione dell'erogazione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento è la ASL ROMA1 nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato decreto (vedi informativa allegata: Allegato 2).

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maddalena Quintili.

I referenti del procedimento medesimo, che potranno essere contattati per eventuali informazioni e chiarimenti sono la Sig.ra Maria Pia Farallo tel. 06.3306.2705 e l'Ing. Annalisa Bononati tel. 06.3306.2758, fax 06.3306.2780, e-mail: annalisa.bononati@aslroma1.it

mariapia.farallo1@aslroma1.it

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.ssa Maddalena Quintili)

M

MR

ALLEGATI:

A – Lista caratteristiche tecniche

B – Schede riepilogative caratteristiche tecniche

B1 – Schede riepilogative assistenza post vendita

C – Tabella di valutazione

D – Tabella Offerta

1 - Dichiarazione per la documentazione amministrativa

2 – Patto di Integrità

Per accettazione della Ditta _____

(timbro e firma del legale rappresentante della Ditta)

La ditta, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente gli articoli Art. 1: "Oggetto dell'appalto", Art. 2: "Oggetto della fornitura", Art. 3: "Aggiudicazione", Art. 4: "Offerta", Art. 5: "Servizi richiesti", Art. 6: "Caratteristiche delle forniture", Art. 7: "Campionatura e prova dimostrativa", Art. 8: "Inclusione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione", Art. 9: "Qualità e provenienza dei materiali", Art. 10: "Osservanza della normativa tecnica", Art. 11: "Variazione della fornitura", Art. 12: "Stipula del contratto e consegna della fornitura", Art. 13: "Tempo utile per l'ultimazione della fornitura", Art. 14: "Pagamenti assistenza tecnica e noleggio", Art. 15: "Oneri, obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario", Art. 16: "Tutela contro azioni di terzi", Art. 17: "Subappalto e cessione della fornitura", Art. 18 "Installazione e collaudo", Art. 19 "Modalità di esecuzione del collaudo", Art. 20: "Decisioni di collaudo", Art. 21: "Forniture rifiutate al collaudo", Art. 22: "Forniture dichiarate rivedibili", Art. 23: "Difetti di costruzione e garanzia", Art. 24: "Penali", Art. 25: "Risoluzione del contratto", Art. 26: "Controversie. Foro esclusivamente competente", Art. 27: "Cauzione definitiva e provvisoria", Art. 28: "Altre norme applicabili", Art. 29: "Trattamento dei dati personali" del presente Capitolato Speciale d'Appalto della quale ha preso visione.

Per accettazione della Ditta _____

(timbro e firma del legale rappresentante della Ditta)

