



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U O C Provveditorato

IDAutomation.com, Inc DEMO



Az Osp SAN FILIPPO NERI

24/09/2014 - Prot. N 0010030 (215091) -

U

A tutte le ditte potenziali offerenti

OGGETTO: Precisazione tecniche Gara Impianti per odontostomatologia.


Precisazioni di caratteristiche tecniche richieste per i lotti I II III IV gara materiali Implantari Polo Odontoiatrico S. Filippo Neri

- 1 presenza di certificazioni di qualità tipo CMDCAS, TUV, FDA, DEKRA, ISO EN, LNE/G, ASMT/F, e altre
- 2 preferibile presenza di connessione conica di basso grado
- 3 preferibile connessione unica per tutti le linee e misure Implantari offerte
- 4 diametro vite passante elevato
- 5 spire con angolo vicino a 40 * e specifica distanze spire
- 6 spire con doppia filettatura a geometria variabile
- 7 spire compattanti
- 8 spire autofilettanti
- 9 spire con doppia scanalatura verticale
- 10 colletto di connessione transmucoso liscio e concavo
- 11 connessione interna esagono o di ultima generazione
- 12 gradazione qualità titanio elevata
- 13 trattamento titanio con sostanze osteoinduttive e coaguloinduttive
- 14 presenza di platform-switch
- 15 trattamento della superficie titanio (addizione, sottrazione, acidificazione, ossidazione, sabbatura graffiante) o superficie macchinata
- 16 presentazione di eventuali sistematiche per barre a carico immediato
- 17 specificazione lunghezze impianti (preferibilmente dal 4 al 15)
- 18 specificazione larghezze impianti (preferibilmente dal 3 al 6)
- 19 presenza di garanzia a vita dell'impianto e degli abutment
- 20 assicurazione per i danni accidentali alla componentistica implantare
- 21 possibilità di acquisizione di altre linee Implantari dell'azienda alle medesime percentuali di sconto proposto
- 22 specificazione listino percentuale sconto e prezzo scontato dei singoli componenti e delle tipologie terapeutiche richieste complete di abutment (inserire

anche all on fuor e all on six sia provvisorio che definitivo,overdenture a barra liscia
2 impianti, unico elemento protesi avvitata,unico elemento protesi cementata)

- 23 presentazione letteratura scientifica linea offerta
- 24 presentazione Follow up a lungo termine linea offerta

Il Dirigente dell'U.O.c. Provveditorato
(Dott. Angelo Furfaro)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Furfaro', written over the typed name.