



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

Prot...11682 del 07.09.2012

A tutte le ditte potenziali offerte

Oggetto: *Procedura di Gara aperta, per l'affidamento della fornitura di materiale impiantabile di traumatologia e dispositivi medico chirurgici occorrenti alle esigenze dell'UOC di ortopedia dell'Azienda complesso Ospedaliero San Filippo Neri*

**Chiarimenti in merito al fabbisogno annuale.**

In riferimento alla gara in oggetto si rappresenta la descrizione completa dei sub lotti relativi al **lotto n. 80:**

<b>Lotto 80</b>	<b>Kit lavaggio pulsato CIG [431636483F]</b>
<b>SUB 1</b>	Lavaggio pulsato con funzione di irrigazione /aspirazione, composto da pistola sterile comprensivo di terminale con protezione getto a foro unico con punta per pulizia ossea, dimensioni non inferiori a 127mmX184,2mmX31,2mm, il peso, comprensivo di batteria e manipolo, non superiore a 0,77 Kg.
<b>SUB 2</b>	Lavaggio pulsato con funzione di irrigazione /aspirazione, composto da pistola sterile comprensivo di terminale a cono con punta per tessuti molli con getto a 4 fori, dimensioni non inferiori a 127mmX184,2mmX31,2mm, il peso, comprensivo di batteria e manipolo, non superiore a 0,77 Kg.
<b>SUB 3</b>	Lavaggio pulsato con funzione di irrigazione /aspirazione, composto da pistola sterile comprensivo di terminale ad alta pressione con punta a flusso alto e getto a 7 fori, dimensioni non inferiori a 127mmX184,2mmX31,2mm, il peso, comprensivo di batteria e manipolo, non superiore a 0,77 Kg.

**Riguardo al lotto 109**

Set sterile per chirurgia dell'anca: 4 tamponi per la disinfezione cm. 20

la misura 20 cm. è da non tenere in considerazione.

**Inoltre si precisa che l'offerta economica deve essere formulata avendo riguardo a quantità semestrali, come riportate nelle scheda offerta economica "Allegato B".**

**Ove nel fabbisogno (che è espresso in quantità annue) la quantità di alcuni lotti corrisponde a un numero dispari, l'offerta economica dovrà essere formulata dividendo per due tale numero e quindi arrotondarlo all'unità superiore.**

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato  
**(Dott. Angelo Furfaro)**