

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI APPARECCHIATURE ELETTROMICALE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE DELL'ACO SAN FILIPPO NERI, E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE.

QUESITO N. 7: In riferimento al Lotto V: N. 1 Sistema di Telemetria per il controllo dei parametri vitali, secondo capitolato i trasmettitori devono rilevare almeno i seguenti parametri:

tracciato ECG

valore SpO2

pressioni sanguina non invasiva e/o traccia del polso periferico, anche tramite dispositivi di misurazione aggiuntivi

Si chiede se il segnale di pressione invasiva e la relativa misurazione, qualora rilevati con apparecchio aggiuntivo esterno non integrato nel trasmettitore telemetrico, debbano essere inseriti e visualizzati automaticamente in centrale di monitoraggio o se trattasi di apparecchiatura esterna stand alone.

RISPOSTA QUESITO N. 7 : Tutti i segnali rilevati e registrati dal trasmettitore telemetrico o da eventuali dispositivi di misurazione aggiuntivi, inclusa la pressione sanguina non invasiva, devono essere trasmessi, visualizzati e registrati dalla centrale di monitoraggio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Paola Brazzoduro)

