

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE DELL'ACO SAN FILIPPO NERI, E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE.

QUESITO N. 1: In riferimento al Lotto V: N. 1 Sistema di Telemetria per il controllo dei parametri vitali, si chiede di specificare se per "traccia del polso periferico" si intende il numero di battiti/minuto (FC).

RISPOSTA QUESITO N. 1 : Si conferma che per "traccia del polso periferico" si intende il numero di battiti/minuto (FC).

QUESITO N. 2: Nel Capitolato Speciale, a pag. 6 paragrafo 1 "qualità/funzionalità/valore" viene fatto riferimento all'allegato F con un totale di 30/65 punti. Nell'esaminare il lotto IV "Contropulsazione" – Allegato F, sommando i singoli punteggi delle caratteristiche tecniche evidenziate, la somma algebrica risulta essere 37/65 anziché i 30/65 riportati nel Capitolato.

RISPOSTA QUESITO N. 2: In riferimento al Lotto IV: N. 1 Contropulsatore Aortico , nell' Allegato F al Capitolato Speciale d'Appalto viene erroneamente riportata una suddivisione dei punteggi relative alle caratteristiche tecniche, la cui somma algebrica risulta essere 37/65 e non 30/65 così come riportato all'art. 3 "Criteri di aggiudicazione" del Capitolato Speciale d'Appalto. Si riporta di seguito la corretta suddivisione dei punteggi:

Lotto IV: Contropulsatore

CARATTERISTICHE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Range di volume del palloncino	6
2. Impostazione e selezione dei parametri	8
3. Visualizzazione parametri ed esportazione dati	7
4. Sistemi di allarmi e protezioni	7
5. Eventuali sistemi di ancoraggio in caso di spostamento con mezzi di emergenza	2

QUESITO N. 3: In riferimento al Lotto IV: N. 1 Contropulsatore Aortico , il sistema da Voi previsto richiede la possibilità di impostare i parametri in automatico ed anche manuale. La possibilità di impostare i parametri anche in semiautomatica è di Vostro interesse?

RISPOSTA QUESITO N. 3: La possibilità di impostare i parametri anche in modalità semiautomatica non rientra tra le caratteristiche minime richieste dal CSA e pertanto può essere offerta quale caratteristica migliorativa.

QUESITO N. 4: In riferimento al Lotto IV: N. 1 Contropulsatore Aortico , tra gli accessori necessari al macchinario deve essere previsto anche un doppler integrato?

RISPOSTA QUESITO N. 4: La presenza di un doppler integrato non è richiesto dalle caratteristiche minime del CSA e pertanto può essere offerto quale accessorio opzionale al sistema richiesto.

QUESITO N. 5: In riferimento al Lotto IV: N. 1 Contropulsatore Aortico, non è specificato nulla in merito alla batteria ed in particolare alla durata ed alla estraibilità o meno della stessa. A nostro parere la batteria è un elemento fondamentale del sistema, pertanto si deve prevedere qualcosa in merito?

RISPOSTA QUESITO N. 5: Per la durata e la estraibilità delle batterie non è previsto alcun requisito minimo, pertanto gli offerenti potranno descrivere le peculiarità del sistema offerto quali caratteristiche migliorative.

QUESITO N. 6: Nel Capitolato Speciale a pag. 13 – punto 2 si fa riferimento all'Allegato A che non è espressamente indicato come tale, tra la documentazione disponibile sul Vostro sito.

RISPOSTA QUESITO N. 6: L'Allegato A indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto corrisponde all'allegato "Caratteristiche tecniche" presente sul sito aziendale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Paola Brazzoduro)

