

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI APPARECCHIATURE ELETTRONOMICALE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE DELL'ACO SAN FILIPPO NERI, E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE.

QUESITO N. 8: In riferimento al Lotto V: N. 1 Sistema di Telemetria per il controllo dei parametri vitali, secondo capitolato i trasmettitori devono rilevare almeno i seguenti parametri:

tracciato ECG

valore SpO2

pressione sanguigna non invasiva e/o traccia del polso periferico, anche tramite dispositivi di misurazione aggiuntivi

Si chiede:

La pressione non invasiva e la frequenza cardiaca sono parametri diversi che non hanno alcuna correlazione clinica. Un trasmettitore telemetrico che rileva la pressione non invasiva ha un costo cinque volte superiore rispetto ad un trasmettitore che rileva solo la frequenza cardiaca. Pertanto, al fine di formulare un'offerta che rispecchi le reali esigenze del Vostro Dipartimento Cardiovascolare, si chiede se i trasmettitori debbano rilevare la pressione non invasiva e la frequenza cardiaca oppure se trattasi di scelta libera dell'offerente. In quest'ultimo caso si chiede se è prevista una distinzione nell'attribuzione dei punteggi.

RISPOSTA QUESITO N. 8 : Il Capitolato prescrive la rilevazione dei parametri Pressione sanguigna non invasiva e/o traccia del polso periferico, anche tramite dispositivi di misurazione aggiuntivi.

I criteri di attribuzione dei punteggi sono disciplinati all'art. 3 e allegato F del Capitolato Speciale d'Appalto dove è prevista un'attribuzione di punteggio per le caratteristiche tecniche dei trasmettitori telemetrici.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Paola Brazzoduro)

